附件 1.桂林市中医医院院内招标报名表

报名单位全称		
法定代表人		
公司详细地址:		
联系人：	联系方式：	
竞标项目（竞标商家必填）		
序号	参会项目名称	备注
1		

报名指定邮箱：glzyyzbb2025@163.com；1.请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称；2.报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：项目编号+项目名称+公司名称；**3.不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

参会商家把填写完整报名表（word 文档）、相关资质证明（PDF 文档）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明（原件备查，授权委托时须提供），并提供具有本次采购项目经营质资，企业资质等级证书，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、社保证明复印件、企业授权委托书原件。

以上材料合成 PDF 文档】上传到指定邮箱，待资格审核通过后,即完成商家参会报名手续。商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

①报价表；

②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等；

③三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供），及供应商关于本项目需要提供的资质证明文件；注：投标人成立不足 1 个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。

④提供 2023 年以来与本次投标类似项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印

件，至少 2 份（如有，需加盖公章），售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 6 份，正本需装订整齐成册要有封面(装订样式见附后)。

⑤参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本副本须装订成册，封面样式如下。


正本/副本

响 应 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____

供应商联系人及联系方式：_____

附件 2.项目报价表（报价表见公告附件）

中医护理门诊设备采购项目					
供应商　（盖章）：					
联系人：		联系电话：			
序号	设备名称	品牌型号	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	中药熏洗仪		1 台		
2	砭石电子罐疗仪		1 台		
3	悬空灸灸疗仪		2 台		
合计（万元）：					

本项目为交钥匙项目，报价包括全部产品价格【（含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS 等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

采购参数及需求

序号	设备名称	设备需求参数
1	中药熏蒸仪	**技术参数：** 1.预热及治疗功率≥4 档可调； 2.预热设定温度为 70℃～90℃可调，允差±20%，步长 1℃； 3.药液从常温加热到 95℃时间≤15min； 4.温度保护开关：温度高于 130℃时，设备应停止加热； 5.该设备治疗时间 1～60 分钟可调，步长为 1 分钟，时间精度±30s，当完成熏蒸时间，治疗应停止输出蒸汽，并有声音信息提示； 6.当加热药液温度达到 97℃±5℃时，药液能自动从喷头均匀喷出； 7.在非治疗及预热状态可进行排液操作； 8.低液位警告功能：容器内药液≤200ml 时，设备应蜂鸣器长鸣并停止加热； 9.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； 10.当容器内气压＞0.08Mpa 时，减压阀动作； ▲11.配备传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器误差应不大于士1°； 12.皮肤温度超过 45°时应持续发出声音提示，显示值＞45°的持续时间到 10mimn 之前，治疗仪应停止加热。提示音≥60dB(A)。 13.安全保护功能： a).治疗仪应具有两路独立的超温保护装置。当容器内溶液超过 115°时，第一路保护装置应启动,停止加热。当温度降低到预热值以下后可以恢复加热； b). 如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至 50°时,第二路保护装置应立即启动,切断加热装置的电源； c).治疗仪在加热过程中，当蒸汽发生器内压力≥5kPa 时应不能被打开； d).治疗仪应具有防止药物残渣堵塞蒸汽管路的结构； ▲14.≥7 寸触摸屏操作与显示； ▲15.单缸容量：≥4L； 16.设备使用年限：≥8 年； 17.双通道独立输出。 **配置参数：** 1.主机 1 台 2.喷头罩 2 个 3.清洁刷 1 个 4.量水杯 1 个 5.水桶 1 个 6.腿部熏蒸桶 3 套

序号	设备名称	设备需求参数
2	砭石电子罐疗仪	**技术参数：** 1.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2.≥7 寸触摸屏设计，所有调节均可通过触控按压实现； ▲3.输出路数：双通道独立输出； 4.罐体包含平口和曲口两种规：曲口罐直径 72 mm，高 94 mm，误差≤±5 mm；平口罐直径 72 mm，高 91 mm，误差≤±5 mm； 5.罐体的主要材质为砭石； ▲6.负压监测：具有负压监测功能，负压实测值与实时负压偏差应不大于±5kPa； ▲7.治疗模式：具备闪罐、走罐、留罐三种治疗模式； 8.负压压力：负压压力可调节范围为 10kPa～65kPa，步进 1kPa，精度±5kPa；闪罐模式、留罐模式负压压力可调节范围为 10kPa～65kPa，步进 1kPa，精度±5kPa；走罐模式负压压力可调节范围为 10kPa～55kPa，步进 1kPa，精度±5kPa； 9.罐体加热：温度调节具有≥五档选择，室温下罐体加热温度≤55℃； 10.定时功能：定时范围为 1～30 min，调节步长为 1 min； 11.密封性能：抽气使得罐体内负压值达到 65kPa±5kPa，持续≥20 min，罐体不因漏气而脱落，且罐体内压力下降不超过 10%，在最大设定负压连续满程抽吸条件和次数下，负压测试装置显示的负压值不小于 65kPa±5kPa； 12.抗负压强度：抽取罐体气体至负压值 65kPa±5kPa，持续 30 min，罐体不开裂、不变形； 13.连接软管吸气导管的吸扁度：吸气导管在承受最大负压 65kPa±5kPa 的作用时，在整个长度上的吸扁度应＜0.5； 14.罐体负压消除功能：提供消除罐内负压的措施，该措施应在任意时刻均能完成，且不应依赖于空气从罐体与皮肤接触面进入罐体； 15.抽气停止：在抽气过程中，电动拔罐设备可在任意时刻终止抽气的措施； 16.压力调节：压力可调的电动拔罐设备应设计成负压值不应随输出设定的下降而升高； 17.噪声：正常使用中，最大 A 计权声压级（稳态值或峰值）≤65dB。 **配置参数：** 1.主机 1 台 2.平口、曲口电子罐各 2 个 3.电气导管 2 根 4.电源线 1 根 5.艾草精油 20 瓶 6.防尘罩 1 7.震动机 2 台 8.砭石揉腹仪 1 台

序号	设备名称	设备需求参数
3	悬空灸灸疗仪	技术参数： 1.治疗温度：施灸温度不超过60℃； 2.定时功能：治疗仪应有定时装置，治疗时间范围为1min~30min，误差不大于±1min； 3.工作噪声:工作状态下的噪声≤60dB(A)。 4.调节角度：灸柱存储装置沿水平方向应可旋转0°~180°,允差±10%； 5.升降功能:悬空灸灸疗仪支撑装置应可以升降,升降距离:0~37.5(cm)，允差±10%； 6报警装置：当治疗温度超过60℃时，应有指示灯和报警声提示； 7.灸材燃烧时间：灸材燃烧时间应≥20min，灸材采用磁吸方式； 8.双通道输出单独调节。 配置参数： 主机1台 电源线1根

注：▲项为实质性要求，不得存在负偏离，否则按投标无效处理。

商务需求：

1、项目预算控制价：**7.80** 万元。

序号	设备名称	数量	控制单价（万元）	小计（万元）
1	中药熏蒸仪	1台	2.90	2.90
2	砭石电子罐疗仪	1台	3.90	3.90
3	悬空灸灸疗仪	2台	0.50	1.00
合计：				**7.80**

2、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。

3、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

4、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

5、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成

但总时长不得低于 8 小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

6、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的 95%，剩余的 5%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的, 成交供应商凭合同和《验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。

7、评审办法：本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

附件 3：技术参数偏离表

项目	医院需求 （条目式）	参加招标参数	偏离情况 （无偏离/正偏离/ 负偏离）	其他
采购需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			